

**LUVAS DE EXAME EM NITRIL, SEM PÓ  
"PLUMA"**



**Referências**

2502-XS	2502-M	2502-XL
2502-S	2502-L	

**Características gerais**

**Material:** Nitrilo  
**Cor:** Azul-Violeta  
**AQL:** 1.0  
**Tamanhos disponíveis:**  
XS S M L XL

Uso único; Isentas de latex, com baixo risco de alergias.

Elevado conforto, destreza e resistência à perfuração e rutura; Elevada elasticidade que confere elevada adaptabilidade; Punho com rebordo ajustável anatomicamente. Extremidades dedais microtexturadas para uma elevada sensibilidade; Ambidextras. Não estéril.

**Finalidade do Produto**

Proteção dos profissionais de saúde, pacientes e terceiros contra eventuais contaminações, com vista à prevenção de doença ou dano, em ambiente hospitalar, laboratorial, clínico, entre outros.

**Classificação**

Dispositivo Médico de classe I – não estéril  
Equipamento de proteção individual (EPI) de Categoria I

**Normativas e Diretivas**

Dispositivo Médico de classe I - não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE e Equipamento de Proteção Individual de Categoria I, de acordo com o Regulamento UE 2016/425. Fabricadas ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485 e ISO 9001. EN 455 1/2/3/4; EN 374-1/2/3\*; EN 388; ASTM F1671-07; EN 420:2003 + A1:2009; ISO 10993-10; EN 980:2008; ISO 15223-1:2016; EN ISO 14971:2012; EN ISO 21171:2007; EN 1186, "Diretiva 2002/72/ CE".

**Simbologia Aplicada**



**Precauções de armazenamento**

Manter em lugar seco e livre de pó. Evitar humidade, luz solar direta e luz fluorescente. Temperatura não inferior a 10°C e não superior a 40°C.

**Vida útil**

5 anos, após a data de fabrico.

**Logística**

Cartão com 1000 unidades. Composto por 10 caixas dispensadoras de 100 unidades cada. \*40% Hidróxido de sódio, metanol  
FT/02\_2502\_rev.04\_04/11/2019 – Elaborado por: Departamento da Qualidade

**Características físicas**

		Especificações	Nível de inspeção AQL
Largura (mm)	XS	70 - 75	S2 / AQL 4.0
	S	80 - 85	
	M	90 - 95	
	L	100 - 105	
	XL	110 - 115	
Comprimento (mm)	Todos os tamanhos	≥ 240	S2 / AQL 4.0
Espessura (mm)	Punho	0,04 +/- 0,01	S2 / AQL 4.0
	Palma	0,06 +/- 0,01	
	Dedo	0,08 +/- 0,01	
Gramagem (gr/luva)	XS	2,8 +/- 0,2	S2 / AQL 4.0
	S	3,0 +/- 0,2	
	M	3,3 +/- 0,2	
	L	3,6 +/- 0,2	
	XL	3,9 +/- 0,2	

**Características mecânicas**

		Especificações	Nível de inspeção AQL
Antes do envelhecimento	Resistência à tração	14 Mpa (min)	S2 / AQL 4.0
	Alongamento à rutura	500% (min)	
Depois do envelhecimento	Resistência à tração	14 Mpa (min)	
	Alongamento à rutura	400% (min)	
EN 455-2		≥ 6 N	

**Requisitos AQL**

Tipo	Não conformidades	Nível de inspeção	AQL
Resistência à água	Orifícios, sob EN 455-1	G1	1.0
Dimensões	Largura, comprimento, espessura, sob EN 455-2	S2	4.0
Visual	Descoloração, sujidade, manchas	S4	4.0

**Fabricante**

Raclac S. A.